

OENO:	31104
Protokoll (OENO megnevezés):	Koponyafelvétel, tangenciális
Indikáció:	A koponyaboltozat egy részletének ábrázolása. Kiegészítő vizsgálat.
Blende határok:	
Anatómiai képletek:	
Képméret:	18x24 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg a hátán vagy a hasán fekszik, a fejét úgy forgatjuk, hogy a kérdéses elváltozás detektor (film) közelben helyezkedjen el és a fősugár érintőlegesen haladjon át a vizsgált területen. CS a detektorra (kazettára) merőleges.
Felvételi követelmény:	
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.