

OENO:	31513
Protokoll (OENO megnevezés):	Gerinc vizsgálat, funkcionális
Indikáció:	A nyaki gerinc állapotának megítélése úgy, hogy az előre és hátra hajlással kapcsolatos eltérések tisztázhatóak legyenek.
Blende határok:	Felső széle a fülkagyló magasságában, alsó széle a jugulumig ér, oldalsó széle a lágyszövethatárokon belül 1 h. ujjal.
Anatómiai képletek:	csigolyatestek, hátsó részek, proc. spinosusok, csigolya közti rések
Képméret:	18 × 24 cm
FFT:	150 cm
Centrális sugár:	merőleges a C. IV-re.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A felvétel beállítása megegyezik az oldalirányú nyaki gerinc felvételnél leírtakkal, annyi különbséggel, hogy a beteg nyaka ante-, majd retroflexióban van.
Felvételi követelmény:	Anteflexióban: a processus spinosusok elkülönülnek, mandibulatest közel merőleges a felvétel alsó szélére; retroflexióban: a processus spinosusok közel vannak egymáshoz.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.